

Pytanie do zapytania ofertowego

Zamawiający informuje, iż w dniu 18.11.2022 r. w postępowaniu na „**Dostawę do Muzeum Wsi Kieleckiej wyposażenia na potrzeby pracowni konserwatorskiej**” wpłynęło pytanie o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Przesyłam pytania do pakietu nr 4.

Prosimy o dopuszczenie zamrażarki o następujących parametrach

- a. Zakres temp. -25 do -45**
- b. Materiał komory stal powlekana , kolor biały**
- c. Bez oświetlenia LED**

Odpowiedz nr 1:

- 1. Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie parametrów dotyczących urządzenia wskazanego w Części IV w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego w następującym zakresie:
Zakres temperatur od (nie określono) do -45°C (temperatura maksymalna chłodzenia: minimum -45 °C)**
- 2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany w zakresie materiału komory na stal powlekaną, kolor biały z uwagi na przeznaczenie urządzenia na potrzeby zamrażania eksponatów muzealnych.**
- 3. Zamawiający dopuszcza urządzenie bez oświetlenia LED**

**DYREKTOR MUZEUM
Tadeusz Sikora
(-)**